Super 7™ Système de ligatures multiples



Intallation du Super 7™



1 Attacher la poignée à l'endoscope

A. Allonger l'endoscope

B. Descendre le fil métallique à l'intérieur du canal opérateur

C. Insérer la poignée dans la valve du canal opérateur

D. Attacher la poignée à l'endoscope à l'aide de la sangle



2 Attacher l'unité de ligature à la boucle métallique par une "boucle dans boucle"

A. Passer la boucle en cordon à travers la boucle métallique

B. Passer l'unité de ligature à travers la boucle en cordon

C. Tirer jusqu'à ce que l'unité soit bien fixée



3 Attacher l'unité de ligature à l'extrémité distale de l'endoscope

A. Saisir le fil au niveau de la poignée et le tirer jusqu'à ce que l'unité de ligature soit en contact avec la partie distale de l'endoscope

B. Aligner la bande noire avec le canal opérateur de l'endoscope et pousser l'unité de ligature sur l'endoscope

NE PAS TENDRE LE FIL EN FAISANT TOURNER LA POIGNÉE



4 Terminer l'installation

A. Saisir le fil au niveau de la poignée et le tirer pour le tendre. Puis le bloquer dans la fente -

NE PAS EXERCER UNE TENSION TROP FORTE SUR LE FIL

B. Retirer délicatement l'enveloppe plastique de l'unité de ligature

C. *EN OPTION: attacher le catheter d'irrigation*

Remarque : Système conçu pour les endoscopes dont le diamètre de l'extrémité distale varie de 8,6 à 11,5 mm.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi complet fourni avec le produit. Merci de vous y référer avant chaque utilisation.

Référence de commande

Numéro de référence	Description	Nombre d'élastiques	Conditionnement
M00542251	Super 7™ Système de ligatures multiples	7	2

Chaque boîte contient : 2 kits de ligature
Chaque kit contient : une poignée ave un fil pré chargé, une attache velcro, une unité de ligature, un cathéter d'irrigation

Boston Scientific MICROVASIVE®

N° vert depuis la Belgique:
Tel: 080094 494
Fax: 080093 343

Boston Scientific Int. S.A.
Gaetano Martinolaan 50
PO Box 1363
6201 BJ Maastricht
Les Pays-Bas
Tel: +31 43 356 8260
Fax: +31 43 356 8265

Boston Scientific AG
Dornacherplatz 7
4501 Solothurn
Suisse
Tel +41 32 626 57 00
Fax +41 32 626 57 01

Boston Scientific S.A.
14 place G. Pompidou
Immeuble B
78180 Montigny le Bretonneux
France
Tel + 33 1 39 30 49 00
Fax + 33 1 39 30 49 01

© 2002 Boston Scientific Corporation.

Imprimé au R.-U. DEUEND2063FA